



Akkreditierte
Prüfstelle nach
EN ISO 17025



HygCen Austria GmbH | Werksgelände 28 | 5500 Bischofshofen

Zertifikat



Infektions-Schutzkittel aus PP mit PE-Beschichtung

Artikel-Nr.: N11333-b

wurde erfolgreich geprüft gemäß


DIN EN 14126:2005

**„Schutzkleidung - Leistungsanforderungen und Prüfverfahren
für Schutzkleidung gegen Infektionserreger“
inklusive ISO 16603, ISO 16604, EN ISO 22610,
EN ISO 22611 und EN ISO 22612**

Die Konformität mit diesen Anforderungen
wird durch die Prüfberichtsnummer: B 24418

Identifikationsnummer: 2024418/068

Bischofshofen, 16.06.2020



Prof. Dr. med. H.-P. Werner
Geschäftsführer
Facharzt für Hygiene & Mikrobiologie